

תאריך הדפסה: 30/01/22
תאריך אישור: 30/01/22 16:26

מי לוד בע"מ
אבא הילל סילבר 18
לוד

תעודת בדיקה SO22006512

אתר קליטה: עכו
אתר דיגום: ספא קוסמטיקה

תאריך דוח: 30/01/22
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2228
תאריך קליטה: 16/01/22
תאריך דיגום: 16/01/22
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

שם דוגם: שי גבעון - שפכים 205
סוג דיגום: חטף
שעת דיגום: 11:00
שעת הגעה: 15:30

מספר דגימה: SO22006512/1					
אתר ביצוע	תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
	10	6	6.93		PH-שטח
			בוצע		דיגום שפכים - רחוק
	800		1,630	mg O2/L	COD כללי
	COD/BOD>4		778	mg/L	BOD כללי
	4		2.1		COD/BOD on
	20		< 5.00	mg/L	שמן מינרלי (SGT-HEM)
	400		187.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
		70%TSS	125.0	mg/L	VSS מוצקים מרחפים נדיפים
	50		6.0	mg/L	חנקן קלדהל (TKN)
	430		323	mg/L	כלורידים
			בוצע		סריקת שתי מתכות-ICP
	1.5		0.225	mg/L	# בורון ICP-B
	15		0.222	mg/L	# זרחן ICP-P
			ראה נספח		טופס דיגום
קרית שמונה	1		< 0.200	mg/L as Cl	DOX ככלורידים APT

אבטחת איכות

ביאורים	תקן	תאור יחידה	סף כימות/דיווח MRL	% אי ודאות	שיטת בדיקה	בדיקה
קובץ התקנות 7387	1,9	mg/L	0.2	20.0	USEPA SW 846 ICP-OES Method 6010D,3015A	# בורון ICP-B
קובץ התקנות 7387	1,9	mg/L	0.2	20.0	USEPA SW 846 ICP-OES Method 6010D,3015A	# זרחן ICP-P
קובץ התקנות 7387	1,9	mg/L	5	6.0	SM 5210B	כללי BOD
קובץ התקנות 7387	1,41,9	mg O2/L	10	3.7	MERCK KIT (based on SM 5220D)	כללי COD
קובץ התקנות 7387	1,9	mg O2/L	5	5.0	SM 4500 H+B	שטח-PH
קובץ התקנות 7387	17,9	mg/L	2.5	3.5	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
קובץ התקנות 7387	17,9	mg/L	2.5	7.3	SM 2540E	VSS מוצקים מרחפים נדיפים
קובץ התקנות 7387	1			30.0	Based on SM 5320B & ISO 9562	DOX ככלורידים APT
קובץ התקנות 7387	1	mg/L	5	6.0	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים - רחוק
קובץ התקנות 7387	1,9	mg/L	5	6.0	SM 4500 NorgC	חנקן קלדהל (TKN)
קובץ התקנות 7387	39					COD/BOD on
קובץ התקנות 7387	1,36	mg/L	5	7.0	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
קובץ התקנות 7387	1				USEPA SW 846 ICP-OES Method 6010D,3015A	סריקת שתי מתכות-ICP
קובץ התקנות 7387	1	mg/L	5	22.1	EPA 1664 B	שמן מינרלי (SGT-HEM)

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025).
17	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לאתר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל).
36	לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על/200mg מעל המים המסופקים לפי הגבול.
9	הערך המקסימום הרשום אינו מחליף את דרישת רישוי העסק.

הערות

א.	המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב.	הבדיקות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות (מסומנות בביאור 2 בטבלת אבטחת איכות בדוח זה).
ג.	תוצאות בדיקות מים ושפכים בהכרה /או בהסמכה יהיו תקפות רק במידה שדגמנו ע"י דיגום מוסמך.
ד.	התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ה.	ההצהרה על מידת ההתאמה לתקן אינה כוללת את אי הודאות של הבדיקה.
ו.	יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ז.	הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ח.	הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ט.	התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
י.	דיגום מזון וניקיון סביבת עבודה מבוצעים ע"י נוהלי עבודה מסודרים אך אינם תחת ההסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
יא.	הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
יב.	הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.
יג.	נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב- (#).

יוליה רייס
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **